

## Kontrola opatření v místnostech, kde probíhá uzavřené nakládání s GMO

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | Znak <b>BIOHAZARD</b> na dveřích  | Povinné od 2. kategorie rizika<br>Do místnosti mají přístup jen pracovníci proškolení pro práci s GMO  |
| 2.  | Lednice a mrazáky obsahující GMO označeny ( <b>GMO</b> nebo <b>BIOHAZARD</b> )                                |  |
| 3.  | <b>Provozní řád a Havarijní plán</b> vyvěšený v každé místnosti, kde se nakládá s GMO (+podpis poradce).      | Přílohy <b>Provozního řádu</b> : Aktuální seznam proškolených pracovníků. Vyznačené osoby: poradce, kontaktní a odpovědná osoba. Příloha: plán prostor s vyznačenými uzávěry vstupních médií (plyn, voda atd.) |
| 4.  | Zabezpečená <b>okna</b>   | neotvíratelná nebo se sítí   |
| 5.  | <b>Pláště</b> označené <b>BIOHAZARD</b> k dispozici   | ochranné rukavice, pytel na použité pláště   |
| 6.  | <b>Dezinfekce</b> (Ajatin, SAVO) na výrazně označeném místě   |  |
| 7.  | Nádoby na <b>odpad</b> označené GMO   |  |
| 8.  | Zajištěný systém důsledné <b>inaktivace</b> GMO   | autoklávování nebo chemická dezinfekce (SAVO, ajatin)  |
| 9.  | Označené uzavřené nerozbitné nádoby (schrány, boxy) na <b>přenášení GMO</b> mimo uzavřený prostor k dispozici |  |
| 10. | Funkční <b>biohazard box</b> a klimatizace  | 2. kategorie rizika  |